

## 平成31年1月28日～2月1日学校給食用食及び給食用食材等の放射性物質の測定結果

学校給食センターでは、給食に含まれる放射性物質を毎日子供達が食べる前に測定し、セシウム134・137合わせて20Bq/kgを越えた調理品は提供しないことにしております。（現在までに超過したものはありません。）

測定には、EMF 211型放射能濃度測定器（NaIシンチレーション検出器）を使用し、マリネリ容器に検体を500mlまたは900mlを充填して測定時間15分で行っています。（測定器の設置場所；桑折町役場桑島分庁舎）

給食提供日は、桑折町地場産野菜等の事前検査品以外は、測定日当日に提供しています。

なお、米飯用の精米は、「桑折町産コシヒカリ」を使用しています。

| No. | 測定日   | 品 目            | 福島県産        | 測定結果（単位：Bq/kg） |             |
|-----|-------|----------------|-------------|----------------|-------------|
|     |       |                |             | セシウム134        | セシウム137     |
| 1   | 1月28日 | 牛乳             | ○           | 検出せず（＜5.91）    | 検出せず（＜5.21） |
| 2   |       | チキンカツ          |             | 検出せず（＜6.37）    | 検出せず（＜5.61） |
| 3   |       | ウインナーとキャベツのスープ | ○（玉ねぎ）      | 検出せず（＜6.16）    | 検出せず（＜5.46） |
| 4   |       | ブロッコリーマヨおかか和え  |             | 検出せず（＜6.16）    | 検出せず（＜5.46） |
| 5   | 1月29日 | 牛乳             | ○           | 検出せず（＜6.21）    | 検出せず（＜5.45） |
| 6   |       | いかにんじん         | ○（人参）       | 検出せず（＜6.37）    | 検出せず（＜5.61） |
| 7   |       | 鶏肉の葱ソースかけ      | ○（葱）        | 検出せず（＜6.47）    | 検出せず（＜5.68） |
| 8   |       | 芋がら汁           | ○（じゃがいも・大根） | 検出せず（＜5.61）    | 検出せず（＜5.03） |
| 9   |       | 春菊のごま和え        | ○（春菊）       | 検出せず（＜5.53）    | 検出せず（＜4.95） |
| 10  | 1月30日 | 牛乳             | ○           | 検出せず（＜6.07）    | 検出せず（＜5.32） |
| 11  |       | たらの西京焼き        |             | 検出せず（＜6.33）    | 検出せず（＜5.63） |
| 12  |       | こづゆ            | ○（大根）       | 検出せず（＜6.39）    | 検出せず（＜5.60） |
| 13  |       | ひきなもち          | ○（油揚げ・大根）   | 検出せず（＜6.33）    | 検出せず（＜5.63） |
| 14  | 1月31日 | 牛乳             | ○           | 検出せず（＜6.25）    | 検出せず（＜5.51） |
| 15  |       | F M肉団子         |             | 検出せず（＜5.32）    | 検出せず（＜4.73） |
| 16  |       | 肉入りワンタンスープ     | ○（葱）        | 検出せず（＜5.50）    | 検出せず（＜4.85） |
| 17  |       | 寒天サラダ          | ○（大根）       | 検出せず（＜6.27）    | 検出せず（＜5.53） |
| 18  |       | ボンカン           |             | 検出せず（＜5.41）    | 検出せず（＜4.81） |
| 19  | 2月1日  | 牛乳             | ○           | 検出せず（＜5.93）    | 検出せず（＜5.24） |
| 20  |       | ひじきと大豆の混ぜご飯    | ○（米）        | 検出せず（＜5.81）    | 検出せず（＜5.10） |
| 21  |       | 豆腐ナゲット         |             | 検出せず（＜5.50）    | 検出せず（＜4.90） |
| 22  |       | いわしのつみれ汁       | ○（白菜・大根・葱）  | 検出せず（＜5.54）    | 検出せず（＜4.93） |
| 23  |       | 小松菜のおひたし       | ○（もやし）      | 検出せず（＜6.27）    | 検出せず（＜5.58） |
| 23  | 2月1日  | 大根             | 伊達崎         | 検出せず（＜6.11）    | 検出せず（＜5.40） |

測定した数値が検出下限値未満の場合は、「**検出せず**」との測定結果になります。

例えば『検出せず（＜5.36）』のように表示されているものは、検出下限値の5.36Bq/kg未満だったため不検出（ND）であることを示しています。

なお、検出下限値は、測定試料の密度等によって変動が生じます。